


神経麻酔分野の主な対象製品群及びコネクタ形状の変更点について

新規格製品 (ISO 80369-6 準拠品) は、既存規格製品との間で非嵌合となります。



【新規格の対象となる製品の例】(新規格製品に接続(併用)して使用する製品を含む。)

スパイナル針、硬膜外針、硬膜外麻酔用カテーテル、硬・脊麻酔針、神経ブロック針
 (主に硬膜外及び脊髄・くも膜下に適用する場合)、硬膜外麻酔用フィルタ、ロスオブ
 シリンジ、シリンジ(神経麻酔の場合)、バルーン式輸注器(神経麻酔の場合)、延長
 チューブ(神経麻酔の場合)、三方活栓(神経麻酔の場合)、採液針(神経麻酔の場合)
 注) これらを含むキット・セット製品も新規格の対象となります。

【非嵌合の詳細】

